Thank you for purchasing Omron® Large Cuff for large arms. This cuff is designed to meet the needs of individuals with an arm circumference size of 13'' to 17''. The Omron Large Cuff is intended for use with Omron digital blood pressure monitors sold with the D-ring style cuff.

Please read this instruction manual thoroughly before using the unit. Please keep for future reference.

HOW TO USE

To connect the large cuff to your Omron automatic or manual digital blood pressure monitor:

(1) Simply remove the existing arm cuff by disconnecting the air plug from the monitor. To disconnect arm cuff, grasp the air plug and pull, do not pull on air tube.

(2) Connect the air plug from the large cuff into the air jack on the monitor.

CAUTION: Do not block the end of the air release valve. This device is necessary to maintain a proper deflation rate. Blocking the air release valve could result in erroneous readings.



If you have an automatic inflating unit and you notice it takes more than 25 seconds to inflate the cuff, use the optional AC adapter or replace the batteries. Weak batteries will extend the inflation time and possibly cause arm discomfort.

HOW TO CORRECTLY APPLY THE ARM CUFF

1. **Put your left arm through the cuff loop. Apply the cuff to your left upper arm so the arrow is centered on the inside of your arm and aligned with your middle finger. The air tube runs down the inside of your arm.**

2. **The bottom of the cuff should be approximately 1/2" above your elbow.**

3. **Wrap the cuff firmly in place around your arm using the closure strip.**





CUFF SPECIFICATION

Arm circumference Range: 13'' to 17'' (32cm to 42cm)
Cuff Dimensions: 24 1/2'' x 6 3/4''

Manufactured for:
OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
53, Kunotsubo, Terado-cho,
Muko, Kyoto, 617-0002 JAPAN

Distributed by:
OMRON HEALTHCARE, INC.
1925 West Field Court
Lake Forest, IL 60045 U.S.A.
www.omronhealthcare.com

© 2012 OMRON HEALTHCARE, INC.

Made in China

Gracias por adquirir la banda para brazos grandes de Omron®. Esta banda está diseñada para satisfacer las necesidades de las personas con una circunferencia de brazo de 13'' à 17'' (32 cm à 42 cm). La banda para brazo grande de Omron está destinada al uso con monitores de presión arterial digital Omron que se venden con la banda estilo anilla D.

Lea este manual de instrucciones detenidamente antes de usar la unidad.

USO

Para conectar la banda para brazo grande a su monitor de presión arterial digital automático o manual Omron:

(1) Simplemente retire la banda actual desconectando el enchufe macho desde el monitor. Para desconectar la banda del brazo, tome el enchufe macho y tire, no tire del tubo de aire.

(2) Conecte el enchufe macho desde la banda para brazo grande en los enchufes hembra en el monitor.

PRECAUCIÓN: No bloquee el extremo de la válvula de liberación de aire. Este dispositivo es necesario para mantener una adecuada frecuencia de desinflado. Al tapar la válvula de liberación de aire puede provocar lecturas equivocadas.



Si tiene una unidad de inflado automático y nota que demora más de 25 segundos para inflar la banda, utilice el adaptador de CA o cambie las pilas. Las baterías débiles aumentarán el tiempo de inflado y posiblemente provoquen incomodidad en el brazo.

CÓMO COLOCA LA BANDA PARA EL BRAZO CORRECTAMENTE

1. **Coloque el brazo a través del bucle de la banda. Coloque la banda en la parte superior del brazo izquierdo de modo que la flecha quede centrada en la parte interna del brazo y alineada con el dedo medio. El tubo de aire baja por la parte interna del brazo.**

2. **La parte inferior de la banda debe quedar aproximadamente a 1/2" (1 – 2 cm) por encima del codo.**

3. **Coloque la banda de modo que quede bien envuelta alrededor del brazo usando la correa de cierre.**





ESPECIFICACIONES DE LA BANDA

Rango de la circunferencia del brazo: 13'' à 17'' (32 cm à 42 cm)
Dimensiones de la banda: 24 1/2'' x 6 3/4'' (62 cm x 17 cm)

Fabricado para:
OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
53, Kunotsubo, Terado-cho,
Muko, Kyoto, 617-0002 JAPÓN

Distribuido por:
OMRON HEALTHCARE, INC.
1925 West Field Court
Lake Forest, IL 60045 EE.UU.
www.omronhealthcare.com

© 2012 OMRON HEALTHCARE, INC.

Hecho en China

Merci d'avoir acheté le grand brassard Omron® pour les bras de grande taille. Ce brassard est conçu pour répondre aux besoins des personnes dont la circonférence de bras est comprise entre 32 à 42 cm (13 à 17 po). Le grand brassard d'Omron est destiné à être utilisé avec les tensiomètres numériques qui sont vendus avec un brassard à anneau en D.

Veuillez lire le présent guide d'utilisateur attentivement avant d'utiliser cet appareil. Veuillez garder ce guide à des fins de référence ultérieure.

MODE D'EMPLOI

Pour connecter le grand brassard à votre tensiomètre automatique ou manuel d'Omron :

(1) Retirez le brassard existant en déconnectant le raccord d'air du moniteur. Pour déconnecter le brassard, saisissez le raccord d'air et tirez sur lui. Ne tirez pas sur le tube d'air.

(2) Connectez le raccord d'air du grand brassard à la prise d'air du tensiomètre.

ATTENTION : N'obstruez pas l'extrémité de la soupape d'évacuation d'air. Cette soupape est nécessaire afin de conserver un débit de dégonflement approprié. L'obstruction de la soupape pourrait entraîner des lectures erronées.



Si vous avez un dispositif à gonflement automatique et vous remarquez que le gonflement prend plus de 25 secondes, utilisez l'adaptateur c.a. en option ou remplacez les piles. La durée de gonflement est prolongée par des piles faibles, ce qui peut entraîner une gêne au niveau du bras.

INSTALLATION CORRECTE DU BRASSARD

1. **Passez votre bras gauche dans la boucle du brassard. Installer le brassard sur la partie supérieure du bras gauche de sorte que la flèche soit centrée à l'intérieur du bras et alignée avec le majeur.**
   Le tube d'air doit descendre à l'intérieur du bras.
2. **La partie inférieure du brassard doit être à environ 1 à 2 cm (1/2 po) au-dessus de votre coude.**
3. **Enrouler fermement le brassard autour du bras à l'aide de la bande de fermeture.**



SPÉCIFICATIONS DU BRASSARD

Plage de circonférence du bras : 32 à 42 cm (13 à 17 po)
Dimensions du brassard : 62 x 17 cm (24-1/2 x 6-3/4 po)

Fabriqué pour:
OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
53, Kunotsubo, Terado-cho,
Muko, Kyoto, 617-0002 JAPON

Distribué par:
OMRON HEALTHCARE, INC.
1925 West Field Court
Lake Forest, IL 60045 États-Unis
www.omronhealthcare.com

© 2012 OMRON HEALTHCARE, INC.

Fabriqué en Chine

0685673-4F