OMRON

PARA COMENZAR

Monitor Premium de Presión Sanguínea para Brazo

PMM 5323426-1A

BP755
con Brazalete ComFit™

Los valores de la Asociación Estadounidense del Corazón (AHA, por sus siglas en inglés) para el límite máximo de presión arterial normal tomada en el hogar son:

135 mmHg sistólica **85** mmHg diastólica

Lea el manual de instrucciones para obtener información completa sobre el producto.

¿Tiene preguntas?

NO ENVÍE ESTE PRODUCTO DE REGRESO A LA TIENDA.

Llame a nuestra Línea Gratuita de Asistencia al Consumidor: **800-634-4350** y obtenga ayuda con su producto Omron.

www.omronhealthcare.com

PASO 1 Inserte cuatro baterías AA en la parte inferior de la unidad.

Enchufe el brazalete para el brazo en la unidad principal.

PASO 2 Opción de configuración de fecha y hora:

- **Para fijar la fecha y la hora sigue a paso A.**

o

- **Para pasar el paso de fijar la fecha y hora, sigue a paso B.**

B. Presione el botón START/STOP (inicio/detener) para encender la unidad. Parpadeará el año. Presione START/STOP nuevamente para apagar la unidad. Ahora ha pasado por alto la configuración de fecha y hora. Vaya al PASO 3.

Para mayor información sobre configuraciónde fecha y hora, vea las páginas 17 a 19 en el manual de instrucciones.

A. Presione el botón START/STOP una vez. Parpadeará el año. Presione el botón de Memoria ascendente para avanzar al año en curso, luego presione para confirmar. (Presione el botón de Memoria descendente para volver al valor anterior.) Cambie el mes, el día y la hora de la misma manera. La unidad se apagará cuando termine.

PASO 3 Coloque el brazalete directamente sobre la piel desnuda de la parte superior del brazo izquierdo. El borde del brazalete debe estar 1/2 pulgada por encima del codo.

Alinee el brazalete de manera que la banda azul quede centrada en el interior de su brazo y el tubo apunte hacia abajo en dirección a su mano. Cierre el brazalete de forma que quede cómodo.



Para usarlo en el brazo derecho, vea la página 22 del manual de instrucciones

PASO 4 Para encender la unidad y realizar una medición, presione el botón START/STOP una vez.

El brazalete se inflará en forma automática.

Manténgase quieto hasta que el brazalete se desinfle y se visualicen los resultados.

PREGUNTAS FRECUENTES

P: ¿Por qué mis lecturas de presión sanguíneas a veces son diferentes?

R: Su presión sanguínea cambia constantemente según sus actividades diarias y el momento del día. Debido a esto, pueden esperarse algunas variaciones. Por esa razón es importante comparar promedios de lecturas en el tiempo. Como todas las personas son diferentes, es importante consultar a su médico sobre lo que sus números significan para usted.

P: ¿Por qué podrían ser diferentes las mediciones de mi médico y las que realizo en casa?

R: La medición que realiza un profesional de la salud de su presión sanguínea en un consultorio puede provocar nerviosismo y dar como resultado una lectura elevada. Como estas lecturas pueden variar en forma considerable, usted debería medir su presión en su casa con cierta regularidad y compartir sus resultados con su proveedor de atención médica.

OTROS CONSEJOS IMPORTANTES:

- **Para resultados precisos, siéntese con los pies apoyados en el piso durante cinco minutos antes de tomar las mediciones. No tome mediciones dentro de los 30 minutos después de haber comido, realizado ejercicios, bañarse, fumar, o beber alcohol.**
- **Para revisar lecturas, presione los botones de memoria y para navegar por las lecturas.**
- **Para usar la función de Promedio avanzado y mostrar los promedios, consulte la página 26 del manual de instrucciones.**
- **Para mantener su monitor en las mejores condiciones, siga las indicaciones de Cuidado y mantenimiento en la página 29 del manual de instrucciones.**