4603135-5A

OMRON®

Modelo **NE-U100**

MICROAir® **Nebulizador de malla vibradora**

Cómo limpiar el dispositivo

⚠ ADVERTENCIA

- **No limpiar los componentes del MICROAir de manera adecuada producirá riesgo de crecimiento de bacterias, enfermedades graves provocadas por la contaminación, y afectará la administración del medicamento.**
- **Limpie las piezas de este dispositivo antes de usarlo por primera vez, después de no haberlo usado durante un periodo extendido, y cuando se contaminen las piezas.**
- **Limpie las piezas del dispositivo después de cada uso.**
- **Deje que se sequen al aire después de limpiarlas y antes de ensamblarlas y guardarlas en un lugar limpio, para que el dispositivo no se contamine.**
- **NO deje solución de limpieza en las piezas. Enjuague las piezas con agua limpia de la llave después de limpiarlas.**

⚠ PRECAUCIÓN

- NO empuje ni toque la malla con elementos como un hisopo o un alfiler.
- Deje secar las piezas al aire. NO use equipos para secar las piezas del dispositivo.
- Para evitar daños al dispositivo, NO sumerja la unidad principal en ningún líquido, NO lave ni enjuague ninguna de las piezas bajo una corriente fuerte de agua, y NO toque la malla con las manos ni con ningún objeto.
- NO use blanqueador de uso doméstico para limpiar el dispositivo ni sus piezas; esto producirá óxido y dañará la tapa de la malla.
- Para evitar daños al dispositivo, NO limpie la unidad principal con limpiadores abrasivos ni ningún tipo de producto químico.
- NUNCA limpie el dispositivo con benceno ni solvente.

Antes de usar el dispositivo por primera vez

Antes de usar el dispositivo por primera vez, desarme las piezas y limpie la tapa de la malla, el depósito para el medicamento, la boquilla, la mascarilla, el adaptador para la mascarilla y el elemento vibrador y las áreas circundantes, como se muestra más abajo:

Tapa de la malla

- Lave la tapa de la malla con un detergente suave (neutro), y enjuáguela con agua destilada.
- Quite el exceso de agua y deje secar en un lugar limpio. Pueden quedar restos de algunos tipos de medicamentos en la malla.
- Asegúrese de limpiar la malla para quitarlos.
- No la lave con agua corriente.

Depósito para el medicamento, boquilla, mascarilla y adaptador para la mascarilla

- Lave el depósito para el medicamento, la boquilla, la mascarilla y el adaptador para la mascarilla con agua destilada y un detergente suave (neutro).
- Enjuague el depósito para el medicamento, la boquilla, la mascarilla y el adaptador para la mascarilla cuidadosamente con agua destilada y deje secar en un lugar limpio.

Nota: Quite la banda elástica de la mascarilla antes de limpiarla.

Elemento vibrador y superficie circundante

- Lave con agua corriente.

Nota: Para evitar el ingreso de líquido al dispositivo, asegúrese de que la tapa del compartimiento de las pilas esté colocada correctamente en su lugar.

Unidad principal

- Limpie la unidad principal con un paño (humedecido) que no deje pelusas. Use un paño seco que no deje pelusas para secarla.
- Nunca la limpie con benceno ni solvente.

Después de cada uso

Para evitar que el medicamento que haya quedado en el recipiente se seque o se adhiera a la tapa de la malla, siga estas instrucciones de limpieza.

1. Quite el adaptador para la mascarilla de la unidad principal presionando ambos lados del adaptador.
2. Abra el depósito para el medicamento y quite la tapa de la malla.
3. Descarte el medicamento y vuelva a instalar la tapa de la malla.
4. Llene el depósito para el medicamento con agua destilada y cierre la tapa del depósito. Nebulice el agua destilada durante 1 a 2 minutos para evitar que el medicamento se seque y se adhiera a la malla después de cada uso.
5. Abra la tapa del depósito para el medicamento y quite la tapa de la malla del depósito, luego quite el depósito de la unidad principal girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj y tirando hacia arriba.
6. Limpie el dispositivo según las instrucciones en la sección “2.1 Antes de usar el dispositivo por primera vez”.

Para obtener detalles adicionales, consulte el manual de instrucciones del nebulizador de malla vibradora MICROAir, modelo NE-U100.